

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 241

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 1 z/of 10.07.2026

 AP 241	Nazwa i adres / Name and address Transportowy Dozór Techniczny ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 6.01 długość 17.01 ciśnienie

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 241 z dnia 10.07.2026 r.
Cykl akredytacji od 10.07.2026 r. do 09.07.2030 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 241 of 10.07.2026
Accreditation cycle from 10.07.2026 to 09.07.2030
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl


Transportowy Dozór Techniczny Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie Dział Wzorcowania ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Suwmiarki	0 mm do 160 mm	14 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-01 w oparciu o normę PN-EN ISO 13385-1:2019-12
Wzorce schodkowe do grubościomierzy ultradźwiękowych	1 mm do 13 mm	11 μ m	S	Procedura wewnętrzna IW-03 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych i czujnika cyfrowego
Ciśnienie				
Ciśnieniomierze elektroniczne Ciśnieniomierze sprężynowe - ciśnienie względne (ciecz)	0 MPa do 0,25 MPa 0 MPa do 60 MPa	0,0005 MPa 0,2 % $\cdot$ p P - wielkość mierzona (MPa)	S	EURAMET cg-17 v.4.1. Metoda podstawowa wg pkt. 5.2.1

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 241

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 10.07.2026